

## DİĞİTAL ISI GÖSTERGELİ AŐI NAKİL KABİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

### UN SERTİFİKALI

- AŐı nakil kabı ısı ve su geçirmez EPS malzemeden imal edilmiŐ olmalıdır.
- Kabin iindeki aŐı en az 48 saat (+2) (+8) °C de muhafaza edilmelidir.
- En-boy 18 ±2cm yükseklik 19 ± cm olmalıdır.
- AŐı nakil kabı en az 6 lt kapasiteli olmalıdır.
- İerisinde 2 adet buz aküsü veya 12 adet teknik buz paketi konmalıdır.
- AŐı nakil kabı antası su geçirmez imperteks malzemeden olmalıdır.
- Ürünün Avrupa Birliđine uygunluk beyanı ve ulusal Barkod numarası olmalıdır.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi Kapasite Raporu AlınmiŐ Olmalıdır.
- 25 Eylül 2010 tarih 27710 sayılı resmi gazete enfeksiyöz madde ile enfeksiyöz tanı ve klinik örneđe taşıma yönetmeliđine uygundur.

### Kullanıldıđı Yerler:

- 1 - Hastaneler
- 2 - Sađlık Ocakları
- 3 - Laboratuarlar
- 4- Veteriner klinikleri
- 5- AŐı nakli yapan firmalar.
- 6-U.B.B. kaydı olmalıdır.

Sađlık Bakanlıđı BulaŐıcı Hastalıklar İhbarı ve Bildirim Standart Tanı Sürveyan Laboratuar Rehberinde Belirtildiđi KoŐullara Uygun Olarak İmal EdilmiŐtir

7-Üretici firmanın İSO9001 kalite belgesi olmalıdır.