

## AŐI VE KAN TAŐIMA ANTASI TEKNİK ŐARTNAMESİ

1-Kan taŐıma antasının 31\*25\*21 +2cm ve 7,5lt olmalıdır.

2-antanın üzerinde dijital ısı gostergesi bulunmalıdır.

3-anta dayanıklı pvc maddeden yapılmıŐ olmalıdır.

4-Kapađın üzerinde ani aılmaları nleyici kilit sistemi olmalıdır.

5- Her anta ierisinde tekrar kullanılabilir 4 adet jelli buz paketi olmalıdır.

1-Kan taŐıma antasının 31\*25\*21 +2cm ve 7,5lt olmalıdır.

2-antanın üzerinde dijital ısı gostergesi bulunmalıdır.

3-anta dayanıklı pvc maddeden yapılmıŐ olmalıdır.

4-Kapađın üzerinde ani aılmaları nleyici kilit sistemi olmalıdır.

5- Her anta ierisinde tekrar kullanılabilir 4 adet jelli buz paketi olmalıdır.

6-Üretici firmanın İSO9001 kalite belgesi olmalıdır.