

## İDRAR ÖRNEĞİ TAŞIMA ÜNİTESİ ( KURUM İÇİ ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 16 X 30 CM EBADINDA OLMALIDIR.
2. EN AZ 8 ADET İDRAR BARDAĞI TAŞIMA KAPASİTELİ OLMALIDIR.
3. DEĞİŞİK ÇAPLARDA 10 ADET İDRAR TÜPÜ TAŞIMA KAPASİTESİ OLMALIDIR.
4. TÜPLERİN VE BARDAĞIN GİRECEĞİ PORTLAR YIKANABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
5. KAPAK ÜZERİNDE KİLİT SİSTEMİ OLMALIDIR.
6. İDRAR GAİTA TAŞIMA SPORLARI ANTİBAKTERİYEL OLUP, OTOKLAV CİHAZINA GİREBİLİR.
7. ÜRETİCİ FİRMANIN İSO9001KALİTE BELGESİ OLMALIDIR.