



1980' DEN BERİ HİZMETİNİZDEYİZ

EGE SAĞLIK MEDİKAL İmalat İthalat Satış
847 Sok No:8 Z/6 Büyük Beyler İşhanı
Kemeraltı/İZMİR

Tel: 0232 4835383 Fax: 0 232 446 06 58 – 367 27 70

www.egesaglikmedical.com mailinfo@egesaglikmedical.com

Kemeraltı Vergi Dairesi .23633273290 ELÇİN ÖZTİTİZ ÇETLEMİK

KUSMA TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Torbanın içerisindeki kusmuk geri dönüşümsüz olmalıdır.
- 2-Torba ağzı serbest haldeyken kapalı kalmalı kokuyu engellemeli ve yabancı maddeleri sızdırmamalıdır.
- 3-Kusmuk içeriğini mikroskopik ve makroskopik inceleme olanağı vermelidir.
- 4-Kusmuk içeriğinin hacmi ve içerikte akut kanama olup olmadığına dair direkt tanım sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 5-Kusmuk dolu iken torba ağzındaki kartonun rahat kapanmasını sağlayan kıvrımlar olmalı ve kartonun her iki yüzeyi sıvı geçirgensiz olmalıdır.
- 6-Torba üzerinde kusmuğun ml cinsinden ölçüsü olmalıdır.
- 7-Torba en az 1,5 lt kusmuğu taşıyabilecek kapasite. Geri dönüşüm ağız genişliği çapı en çok 7 cm. olmalıdır.
- 8-Kullanılan karton TÜV CERT. belgeli olmalıdır.
- 9-Ürün üreten firmanın ISO9001 Kalite belgesi olmalıdır.
- 10-Barkod kodlu olmalıdır.