

P.V.C ATEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.P.V.C. atel tek kullanımlık olmalı. Maliyetinin düşük olması nedeniyle kolay kullanılır olmalı.**
- 2.Germe ve basınç problemi olmadığı için uygulama son derece basit olmalı.**
- 3.Uzun süreli hasta taşımalarında ve özellikle açık kırıklarda kompresyona izin vermelidir.**
- 4.Radyolojik tetkiklerde olumsuz etkisi olmamalıdır.**
- 5.Ebatlar, uzunluk 98cm, en 32cm olmalıdır.**
- 6.Minimum ölçülerde tekli, orijinal ambalajda olmalıdır.**
- 7.Acil durumlarda kolaylıkla kullanılabilmesi ve katlanarak gerektiği uzunlukta şekil verilebilmelidir.**
- 8.P.V.C. atel sudan etkilenmemelidir.**
- 9.Kullanma kılavuzu beraberinde olmalıdır.**
- 10.Ürünün CE Belgesi olmalıdır.**
- 11.Barkod kodlu olmalıdır.**
- 12.U.B.B. kaydı olmalıdır.**
- 13.SANAYİ VEYA TİCARET ODASINDAN ALINMIŞ KAPASİTE RAPORU OLMALIDIR.**
- 14.Üretici firmanın İSO9001 kalite belgesi olmalıdır.**